

Chełm, dnia 21 kwietnia 2023 r.

sprawy: MSP.A.271.2.2.2023 (2)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Dostawa aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie”, BZP Ogłoszenie nr 2023/BZP 00179684/01 z dnia 2023-04-17

Szanowni Państwo

W imieniu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Chełmie przedstawiam pytania i wnioski wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wskazanego na wstępie postępowania.

Pytanie 1

Dot. Parametry techniczne – pkt. 133

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który nie posiada oprogramowania szkoleniowego zawierającego min. przykładowe obrazy, miejsca przyłożenia głowicy, bazę wiedzy, ale w zamian oferujemy szkolenie w zakresie obsługi prowadzone przez specjalistów aplikacyjnych w tym lekarza radiologa z wieloletnim doświadczeniem, którzy zapewnią opisane wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści złożenie oferty, w której spełnienie warunku określonego w poz. 133 zostanie zrealizowane poprzez szkolenia przez specjalistów aplikacyjnych, pod warunkiem zapewnienia tego wsparcia w formie pomocy telefonicznej lub on-line, co najmniej przez okres gwarancji.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wskazania tego rozwiązania w odpowiedzi w wierszu 133 np. poprzez wpis: TAK – wsparcie zdalne /telefoniczne.

Pytanie 2

Parametry punktowane w kryterium oceny techniczno – jakościowej – pkt. 1

Zamawiający w tabeli nr 1 w punkcie 2 dopuszcza zaoferowanie aparatu demonstracyjnego zamieszczając poniższy zapis:

Lp.	Parametry techniczne	Odpowiedź wymagana	Opis oferowanych parametrów
1	2	3	4
Parametry ogólne			
2.	Aparat fabrycznie nowy lub aparat wykorzystywany do demonstracji z zastrzeżeniem, że aparat nie może być wcześniej niż w 2021 roku Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie aparatów rekondycjonowanych.	TAK podać rok produkcji	

Jednak w tabeli nr 2 w punkcie 1 Zamawiający zamieszcza zapis o treści, która wyklucza zaoferowanie takiego aparatu, a ponadto nie znajduje się tam także jakiegokolwiek punktacja:

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Wartości graniczne /Wymaganie	Wartości parametru w zaoferowanym aparacie	Punktacja
1	2	3	4	5
1.	Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2023	TAK		

Prosimy o zunifikowanie zapisów OPZ, poprawienie tej oczywistej omyłki i nadanie poprawnej treści i punktacji w pk1. Tabeli nr 1 tak, aby posiadał brzmienie:

Lp	Parametry wymagane aparatu	Wartości graniczne /Wymaganie	Wartości parametru w zaoferowanym aparacie	Punktacja
1	2	3	4	5
1.	Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2023	NIE		0
		TAK		5

Odpowiedź Zamawiającego

Wskazane uchybienie jest oczywistą omyłką, na którą wskazuje choćby maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za spełnianie kryterium parametrów techniczno – jakościowych dodatkowo punktowanych. Wniosek wykonawcy jest zgodny z intencją Zamawiającego dot. oceny punktowej w tabeli nr 2 pkt 1.

Poprawiony Załącznik nr 1 został zamieszczony na stronie postępowania i stronach internetowych Zamawiającego

/-/ Mariusz Żabiński

Dyrektor

Miejskiego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Chełmie