

Chełm, dnia 27 października 2014

MSP.A.341-1/3/14 (1)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

W imieniu Zamawiającego przedstawiam otrzymane pytania do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb poradni ginekologiczno – położniczej MSP ZOZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania

1. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający 10,4 calowy, wysokiej czułości, antyodblaskowy, kolorowy dotykowy panel sterujący LCD?

Tak

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

2. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający 19 calowy monitor wysokiej rozdzielczości, na ruchomym dwurzędowym ramieniu zapewniający swobodę ustawienia monitora w zakresie +/- 90 stopni?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o wielkości 19 cali.

Zamawiający nie dopuszcza monitora z odchyleniem +/- 90 stopni

3. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta z głowicą ednokawitarną posiadającą 160 elementów i promień krzywizny głowki 11 mm, przekraczającą znacznie pozostałe wymagane parametry?

Nie

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

4. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający możliwość zapisu sekwencji filmowych, na wbudowany twardy dysk, z pamięci CINE (po zamrożeniu obrazu)?

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Wołyńska 11, Tel./Fax 82-563-05-19
NIP:563-20-30-191 , Regon:110269323 , KRS:0000069032
www.mspzoz.metronet.pl , e-mail: mspzoz@metronet.pl

Nie

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

5. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na sondach liniowych z możliwością wykonania pomiarów?

Nie

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

DYREKTOR
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Chełmie

lek. med. Lech Błazucki